25G ENDOKOTER PROBU

1. Paket; içinde vitrektomi cihazına bağlanabilen disposable 25G koter olmalıdır.

2. 25 g straight probu sayesinde 23g ve 25g tekniklerde koterizasyon işlemini yapabilmelidir.

3. yukarıda adı geçen tüm sarf malzeme, özel olarak imal edilmiş, ambalaj içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.

4. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.

5. Paketin nereden güvenle açılabileceğini gösterecek şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

6. Sağlık bakanlığı ÜTS ve UBB'de kayıtlı olmalıdır.