


MİKROLARENGEAL TÜP ŞARTNAMESİ

1. Larinks endoskopik cerrahisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Ekstra "Large" düşük basınçlı kafi olmalıdır.
3. 40cm uzunlukta olmalıdır.
4. Mavi pilot balonlu konnektörü olmalıdır.
5. 6,0 mm iç çapı bulunmalıdır.
6. Numune getirilmesi zorunludur.
7. Ubb ve Üts kayıtları olmalıdır.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TOK" at the top and "15.08.2017" in the center. The signature is written in a cursive style, with the first letter being a large 'M'.