

LASTİKLİ DİSPOSABLE MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske beyaz renkli olmalıdır.
2. Maske filtreli ve iki katlı olmalıdır.
3. Alerjik olmayan olmalıdır.
4. Elyaf ihtiva etmemelidir.
5. Maskede en az 3det pile bulunmalıdır.
6. Maske nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalıdır.
7. Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalıdır.
8. Maskenin lastikleri kopmaya dayanıklı ve kopmayı engelleyici şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
9. Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekillendirile bilinen ince tel olmalıdır.
10. Maskenin kullanıcıya rahatsızlık verecek bir kokusu olmamalıdır.
11. Orijinal kutularda,100 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 10 (on) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
14. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
15. Ürünün mutlaka UBB kaydı olmalıdır.


Feriye Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü