

KEMOTERAPİ ELDİVENİ

- 1.Eldiven sitotosit maddelere karşı gerekli bariyeri oluşturmali,kimyasal maddelere karşı test raporlu olmalıdır.
- 2.Pudrasız not steril,latex olmalıdır.
- 3.Eldivenin boyu en az 30 cm olmalıdır.
- 4.Yırtılmaya delinmeye dayanıklı olmalıdır.
- 5.Ürün EN374-EN420-EN455 standartlarını karşılamalıdır.
- 6.Eli sıkmayacak fakat rahat kavramayada engel olmayacak esneklikte olmalıdır.
- 7.Giyimi kolay ve eli terleyecek özellikte olmalıdır.
- 8.Eldivenin iç yüzey kısmı parmak uçlarına kadar pürtüklü olmalıdır.
- 9.Eldiven nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görölüp açılabilen açılış yerine sahip olmalı,sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
- 10.Depoya teslim edildiği andan itibaren en az bir yıl raf ömrü olmalıdır.
- 11.ISO,TUV,CE,FDA gibi uluslar arası standartlardan birine sahip olamlıdır.
- 12.Malzemeyi teklif eden firma distribitörlük belgesinide ibraz etmek zorundadır.
- 13.Ürünün UBB kodu olmalı ve sağlık bakanlığı tarafından onayı olalıdır.
- 14.Ürün üretim tarihi itibariyle en az 3 yıl miadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gaye GÖKSEL ÖZTÜRK
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloj. Uzm.
C.B.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
Dip. Tesn. No: 80019

TEK KULLANIMLIK MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğal Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Non-allerjik olmalı ve pudralı olmalıdır.
3. Bilek kısımları kıvrılmış olmalıdır.
4. Her iki ele de uyumlu olmalıdır. Ele daha kolay giyilebilmesi için eldivenin içi pudra ile sıvanmış olmalıdır.
5. Giyildiğinde el ve parmak hareketini kısıtlamamalıdır.
6. Kolay giyilir çıkartılır olmalıdır.
7. Eldivenler deliksiz, yırtılmaya, kopmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.
8. Eldiven ölçüleri small, medium, large olmak üzere farklı boyutlarda olmalıdır.
9. Kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 100 adet eldiven içeren ambalajlarda olmalıdır. Bu ambalaj dayanıklı kartondan yapılmış olmalı, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış bölgesine sahip olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üretici firma adı, eldivenlerin özelliklerini belirten ibareler (nonsteril, pudrasız, latekssiz gibi) lot numarası, ambalajın içindeki eldiven boyutunu gösteren işaret ya da yazı yer almalıdır.
11. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 5 yıldır.
12. Teklif veren firma denemek üzere 20 çift eldiveni hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü