

### NORMAL FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks, kauçuk veya silikon kaplı olmalıdır.
2. Dayanıklı (vücut ısısında kolay kolay yumuşamayan) olmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. 30-50 ml balona sahip olmalıdır.
5. Karşılıklı 2 açık göze sahip olmalıdır.
6. 40 (+5,-5)cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
8. Silindirik tip uca sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde sonda numarası olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi yazılı olmalıdır.
11. Çift steril ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
12. Çok yumuşak olmamalı, takılırken kıvrılmamalı, yeterli sertliğe sahip olmalıdır.
13. 8-10-12-14-16-18-20 fr boyutlarında olmalıdır.
14. Ürolojik ameliyatlardan sonra sonda uzun süre takılı kaldığında balon rahat olarak indirilebilmelidir.
15. 5 adet numune getirilmesi .
16. 2 adet numunenin de şahit numune olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
17. Teslim edilecek ürünlerden en az ikiser adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

080

İki Hiz. AİD. Yrd.

KARACA

