

ÖRDEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Polypropilen malzemeden yapılmış beyaz renkli olmalıdır.
- 2- Hastanın rahat tutabileceği kulp'u ve kapağı olmalıdır.
- 3- Üzerinde pürüz veya ek yeri olmamalıdır.
- 4- Cilde temas eden kısımları yuvarlatılmış olmalıdır.
- 5- Rahat yerleşmeli ve cilde zarar vermemelidir.
- 6- Dezenfekte edilebilmelidir.
- 7- Ördek ölçekli ve 1250± 10 cc kapasiteye sahip olmalıdır.
- 8- İdrarı dışarı taşırmadan yatan hastada rahat kullanılabilir (ergonomik) dizayn edilmiş olmalıdır.
- 9- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.
- 10- En az 5 adet numune gönderilecek
- 11- 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
- 12- UTS kaydı olacaktır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü



STERİL BİSTÜRİ UCU

1. ISO ve CE belgeli olmalıdır.
2. Gamma ile steril edilmiş olmalıdır ve ambalaj üzerinde gamma ile steril edilmiştir ibaresi bulunmalıdır.
3. Bisturi uçları tek kullanımlık olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
4. Bisturi uçları çelik karbondan yapılmış olmalıdır.
5. Bisturi uçlarının ilgili boya ait şekli, kutu üzerinde birebir boyutta resmedilmiş olmalı ve numarasıda belirtilmiş olmalıdır.
6. Bisturi uçlarının numarası, bisturi çeliğinin üzerinde yazılı olmalıdır.
7. Bisturi ucu dokuya zarar vermemeli ve ilk dokunuşta kesmelidir.
8. Kullanım süresi 5 yıl olmalıdır.
9. Bir kutu içinde 100 adet bisturi ucu bulunmalıdır.
10. Kutu içinde bulunan uçların her biri ayrı bir alüminyum folyo poşet şeklinde iç ambalaj olarak steril şekilde bulunmalıdır.
11. Kutu yırtık ve delik olmamalıdır.
12. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onayı ve UTS kaydı olmalıdır.
13. İhaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir.
14. Her numaradan az 2kutu numune getirilmesi.
15. 1kutu şahit numune olarak değerlendirilecek.

TİMPANİK TERMOMETRE PROBU(CİHAZLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapılmak üzere kullanılacaktır.
- 2- Problar anatomik yapıda, PVC materyalden üretilmiş olmalı ve hastaya rahatsızlık vermemelidir.
- 3- Problar cihaz haznesinin içerisine kolay yerleştirilmelidir.
- 4- Problar cihaza kolay takılabilmelidir.
- 5- Problar cihazın üzerinde bulunan bırak tuşu ile kolayca atılabilmelidir.
- 6- Problar tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- Uzun süre kullanım için cihaz haznesinin içerisine iki kartuş sığdırılabilmelidir.
- 8- İhaleyi kazanan firma aşağıdaki özelliklere sahip 60 adet cihazı, Timpanik Termometre Propları bulunduğu sürece kullanım için istem yapan kuruma konsinye olarak vermelidir.
- 9- Teklif veren firma denenmek üzere orijinal 3 (üç) adet prob numunesini hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
- 10- Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
- 11- Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
- 12- Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

TERMOMETRE CİHAZI ÖZELLİKLERİ

- 1- Termometre timpanik metodla, kulak içinden ölçüm yapmalı ve ölçüm sonucunu ekranda göstermelidir.
- 2- Cihaz Timpanik ölçümü seçilen modda ekrana yansıtabilmelidir. (Oral-Rektal- Timpanik- Core-Aksiller)
- 3- Ölçme zamanı 1-2 saniye olmalıdır.
- 4- Cihaz üzerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı , sağ veya sol elle rahatça kullanılabilirmelidir.
- 5- Sıcaklık ölçüm aralığı 33.....°C- 42°C arasında olmalıdır.
- 6- Termometrenin nabız ölçümlerinde süre tutmaya yardımcı olmak için 60 sn'lik kronometresi olmalıdır.
- 7- Cihazın prob takılan uç kısmı sağlam çelik materyalden yapılmış olmalıdır.
- 8- Ölçüm sonuçlarını LCD ekranda sesli ve görsel olarak göstermelidir.
- 9- LCD ekranda pilin zayıflama yada bitme durumu ile ilgili ikaz göstergesi olmalıdır.
- 10- Sleep' (uyku) modu son ölçümü kaydetmeli ve pil ömrünü uzatmalıdır.
- 11- Cihazın °C/ F seçenekleri olmalıdır.
- 12- Cihaz arka arkaya istendiği kadar ölçüm yapabilmelidir.
- 13- Termometre, kulak kanalı kısmına giren parçasına tek kullanımlık prob takılarak kullanılabilirmelidir.
- 14- Cihaz üzerinde bulunan bir tuş ile kullanılmış proplar 'el değmeden ' kolaylıkla atılabilmelidir.
- 15- Termometre, propların yerleştirilebileceği ve elde taşınacak ,ergonomik yapıda bir aparata sahip olmalıdır.
- 16- Cihazların her yıl TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Uluslararası standartlara uygun olarak, ihaleyi alan firma tarafından kalibre edilmesi sağlanacaktır.
- 17- Cihaz 3 AAA pil ile çalışmalıdır. Pil değişimlerini yüklenici firma bedelsiz olarak yapmalıdır. Hastanede bir miktar yedek pil bırakılmalıdır.
- 18- Cihazlar kullanıcı hataları dışında (düşürülme sonucu kırılma ,sıvı kaçması ve kaybolma) 2 yıl firma garantisinde olacaktır.
- 19- İhaleyi alacak olan firma eğitim desteğinde bulunmalıdır.
- 20- İhaleyi alan firma cihazların kalibrasyonunda kullanılacak olan kalibrasyon cihazını bedelsiz olarak hastaneye teslim etmelidir.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü