

CERRAHİ MASKE ŞARNAMEŚİ

1. Toz geçirmez olmalıdır.
2. Filtreleme özelliđi olmalıdır.
3. Dört adet bađı olmalıdır.
4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır.
5. Allerjik olmayan olmalıdır.
6. Elyaf ihtiva etmemelidir.
7. Hazır kutular içinde 100'er olmalıdır.
8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
10. En az 2(iki) kutu numune teslim edilecektir.
11. 1 kutu şahit numune olarak değerlendirilecektir.

Ferya Karadağ YATÇIN
Sađık Hizmetleri Müdürü

