

PUDRALI STERİL CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

(NO: 6,5 – 7 - 7,5 – 8 - 8,5)

1. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
2. Pudralı olmalıdır.
3. Alerjik olmamalıdır.
4. Protein ve alerjen oranı çok düşük olmalıdır.
5. Eldiven içinde ve yüzeyinde imalat artığı ya da tozları bulunmamalıdır.
6. Bir hamlede giyip çıkarma sırasında kopma ve yırtılma olmamalıdır.
7. Gerilme, yırtılmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.
8. Eldivenin dokusu cerrahi hassasiyeti engellememelidir.
9. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
10. Kullanımı kolay olmalı, birbirine yapışık olmamalı ve elin kolayca eldiven içerisine girmesine imkân sağlamalıdır.
11. Parmak uçlarında boşluk ve potluk olmamalıdır. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı parmak uçlarındaki doku eldiven dokusundan farklı olmamalıdır.
12. Eldivenler pakette ters konmamalıdır. Steril giymeyi sağlaması için eldiven kenarları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık fazla olmamalı parmakları içine almamalıdır.
13. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
14. Konçlar sıkı bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır, bileği kavramalı çok sıkı ya da çok gevşek olmamalı, konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliğe sahip olmalı, ameliyat esnasında boks gömleğinin manşetini kavramalı ve bırakmamalıdır.
15. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
16. Üzerinde boylarını ayırmaya yarayan numara ve özel işaretler bulunmalı, paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
17. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.
18. Ambalajlarda yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolayca açılabilir olmalıdır.
19. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.
20. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozon ışınlarından korumalıdır,
21. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
22. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır.
23. Eldivenler Gama sterilizasyon veya EO ile steril edilmiş olmalıdır.
24. Fabrika üretim tarihi ile malzeme teslim tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmemelidir.
25. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
26. 100' lük kutularda teslim edilmelidir.
27. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hatası çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
28. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
29. Teklif veren firma denenmek üzere 20 (yirmi) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
30. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
31. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
32. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Feriye Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

PUDRASIZ STERİL CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

(NO: 6,5 – 7 - 7,5 – 8 - 8,5)

1. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
2. Pudrasız olmalıdır.
3. Alerjik olmamalıdır.
4. Protein ve alerjen oranı çok düşük olmalıdır.
5. Eldiven içinde ve yüzeyinde imalat artığı ya da tozları bulunmamalıdır.
6. Bir hamlede giyip çıkarma sırasında kopma ve yırtılma olmamalıdır.
7. Gerilme, yırtılmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.
8. Eldivenin dokusu cerrahi hassasiyeti engellememelidir.
9. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
10. Kullanımı kolay olmalı, birbirine yapışık olmamalı ve elin kolayca eldiven içerisine girmesine imkân sağlamalıdır.
11. Parmak uçlarında boşluk ve potluk olmamalıdır. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı parmak uçlarındaki doku eldiven dokusundan farklı olmamalıdır.
12. Eldivenler pakette ters konmamalıdır. Steril giymeyi sağlaması için eldiven kenarları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık fazla olmamalı parmakları içine almamalıdır.
13. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
14. Konçlar sıkı bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır, bileği kavramalı çok sıkı ya da çok gevşek olmamalı, konçun kenarı yırtılma ve gevsemeyi önleyecek tutucu özelliğe sahip olmalı, ameliyat esnasında boks gömleğinin manşetini kavramalı ve bırakmamalıdır.
15. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
16. Üzerinde boylarını ayırmaya yarayan numara ve özel işaretler bulunmalı, paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
17. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.
18. Ambalajlarda yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolayca açılabilir olmalıdır.
19. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.
20. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozon ışınlarından korumalıdır,
21. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
22. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır.
23. Eldivenler Gama sterilizasyon veya EO ile steril edilmiş olmalıdır.
24. Fabrika üretim tarihi ile malzeme teslim tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmemelidir.
25. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
26. 100' lük kutularda teslim edilmelidir.
27. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hatası çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
28. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
29. Teklif veren firma denenmek üzere 20 (yirmi) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
30. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
31. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
32. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü