

GAZ TAMPON (10x10-12 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampion 30x40cm ebadında kesilmiş olup, katlandığında 10x10 - 12 kat şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
2. Gaz tampion hidrofil gaz bezinin tetenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tampionda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-çözgü telli sayıları değerleri; çözgü telli sayısı cm başına 10, atkı sayısı cm başına 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm² de 20 tel içermelidir (+/- 1 tel olabilir.)
5. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Aprallı olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir, durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlil görünmemelidir.
7. Gaz tampion kaseetlenmiş, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
8. Üzerinde kır, elyaf artıkları, yağ lekeli, yabancı cisimler, ek yarı ve parça bulunmamalıdır.
9. Gaz tampionun üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
10. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 3.000-7.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
11. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır:
 - a. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - b. Hidrofil olduğu,
 - c. Anma boyutları ve adedi,
 - d. Üretim tarihi,
 - e. Standartın işaret ve numarası(TS 14079)
 - f. Seri ve parti numarası.
12. Non-steril olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
14. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

ODÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yr.
Diyadin 2024

GAZ TAMPON (10*10 – 16 KATLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

5.000
adet
darejelin

1. Gaz tampon 30 x 40 cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 10 x 10 – 16 kat şeklinde olmalıdır.
2. Cerrahi katlama şekli istenirse tarafımızca gösterilecektir.
3. Gaz tampon hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
4. Gaz tampon kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözgü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına (en az) 10; atkı sayısı cm başına (en az) 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm² de 20 teli içermelidir (+/- 1 teli olabilir.)
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
8. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlenmemelidir.
9. Gaz tampon kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
10. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
11. Gaz tampon üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
12. XRY (Radyoopak) ürünlerde iplik dışarıdan görülmemelidir, içteki katlarda yer almalıdır.
13. XRY (Radyoopak) iplik düşmesine izin vermeyecek şekilde köşeden köşeye ya da kenardan kenara dokunmuş/dikilmiş olmalıdır.
14. XRY (Radyoopak) iplikler toksik etki göstermemeli, toksik etkisi olmadığına dair belge sunulmalıdır.
15. Kullanılan radyoopak iplikler monoflamen karakterli, mavimsi renkte ve buhar sterilizasyonuna dayandığı olmalı, çekmemeli, parçalanmamalı X ışını ile görülebilmelidir.
16. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 5.000-10.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
17. Tamponların "kullanım öncesi paketlenme aşamasında ve dolayısıyla ameliyatta sayım hatası oluşturmaması için" tüm katlanma yüzeyleri ve sırtları aynı tarafa bakmalıdır.
18. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - * Firmanın ticari ünvanı, adresi ve/veya tescilli markası,
 - * Hidrofil olduğu,
 - * Anıms boyutları ve adedi,
 - * Üretim tarihi,
 - * Atkı-çözgü sayısı
 - * Standardın işaret ve numarası (TS 14079)
 - * Seri ve parti numarası
19. Non-steril olmalıdır.
20. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100'lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
21. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
22. Yüklenci firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.
23. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Belgin ÖZTEKİN
Sağlık Hiz. MÜD. Yrd.