

TEE KIT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün fiberoptik endoskopi cihazını ve/veya transözefageal eka probunu koruma amaçlı olmalıdır.
- 2- Ürün lateks içermemelidir.
- 3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel ısıtma parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal eka probuna sabitleme parçası ve transözefageal eka probu kılıfı olacaktır.
- 4- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
- 5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
- 6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.
- 8- Ambalaj üzerinde son kullanıma tarihi belirtilmelidir.
- 9- CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Özlem BEĞAZI YILDIRIM
Sorumlu Hemşire

Dr. Ali Rıza BİLGE
Kardiyoloji Uzmanı
363 16 37235