

Semikompliant Balon(KR1123)

- 1-Balonun lezyon giriş profili 1.25 mm ve 1.5mm lik balon için 0.016 inch'i, geçiş profili ise 0.021 inch'i geçmemelidir.
- 2-Balon kapalı iken yapraklar kendi üzerine katlanmış olmalı ve sisirilip indirildikten sonra bu özelliğini yeniden kazanmalıdır.
- 3-Balonun proksimal saft kalınlığı en fazla 2. Fr, distal saft kalınlığı 1.25-1.5mm balonlar için en fazla 2.4 Fr, 2.0-3.5mm çap aralığında olan balonlar için en fazla 2.5 Fr olmalıdır.
- 4-Balon çapları 1.20 ya da 1.25mm çaptan den başlamalıdır.
- 5-1.25-1.50 mm çap için tek marker olmalı, 2.0-4.0mm balonlar için distal ve proksimal olmak üzere iki adet markeri olmalıdır.
- 6-Kateter kayganlığı artırıcı şekilde özel hidrofilik bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 7- Balonun en distal ucu (lezyon içine girecek olan) hidrofobik yapıda olmalıdır.
- 8-Teklif veren firma teklif ettiği ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

Prof. Dr. Zeynep Kaya
Kardiyoloji Uzmanı
1235
3857

NONKOMPLIANT BALON (KR1095)

- 1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon için 0.018 inch'i , geçiş profili 0.024inç'i geçmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artışı için bu geçis profili 0.001 inch'ten daha fazla artmamalıdır.
- 2-Nominal sisme basıncı 10atm, balonun patlama basıncı ise 18atmosferi geçmemelidir.
- 3-Balon çapları 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mm ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunlukları 6,9,10,12,15, +2mm olmalıdır.
- 4-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir.
- 5- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı
- 6- Proksimal shaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i geçmemelidir.
- 7- Balon 2.0-4.0mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçülerde 5 fold yapısında olmalıdır.
- 8.Teklif veren firma teklif ettiği ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

18576-31235
KARİP HESAP KONTROL
10/10/2017 10:10:17