

HASTA OPERASYON ÖNLÜĞÜ (UZUN VE KISA KOLLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlükler; non-steril,medikal özellikte (non-woven),tek kullanımlık, bakteri bariyerli, antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemedan, iç göstermeyen, koyu renkten imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m2 (+/-5grm2) olmalıdır.
3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-repellent) olmalıdır.
4. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla bağlanabilmelidir.
5. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır.
6. Boyu en az 120 cm olmalıdır.
7. Teklif veren firma denenmek üzere 10 (on) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
8. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
9. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
10. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü