

DACRON DÜZ GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damar dactron yapıda ve woven örgü tekniğiyle üretilmiş olmalıdır.
2. Özel dikişi sayesinde preclotting işlemi olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeli engellemelidir.
3. Emdirilme işlemi aldehit ve izosiyanat içermemelidir. Böylelikle dehidrotermal çapraz bağlı yapı sayesinde kan sızdırmaz özellikte olmalıdır.
4. Pulsatilitiyi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir dokuyu sahip olmalıdır.
5. Dış yüzeyin kırçılı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.
6. Tromboz ve turbulans oluşumunu engelleyebilenesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.
7. Damarların çapı 6 ile 38 mm arasında ve uzunlukları 15 cm, 30cm ve 60 cm ölçülerinde üretilmiş olmalıdır.
8. Damarın dokuması, yanılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan reverse locknit tarzında olmalı, anastomoz yapılacak noktada liflenmemelidir.
9. Düzgün yerleşmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgilen olmalıdır.
10. Özel bir suture malzemesi gerektirmemelidir.
11. Son kullanma tarihinin bitmesine altı (6) ay kala ürünü teslim eden firma, ürünü yeni matitlar ile değişimini yapmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek, onay almalıdır.
13. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UTS belgelennni teklif ekinde sunmaları gerekmektedir.
14. KV 1107 veya 1108

Prof. Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

FLOWNİT KNİTTED BİFURKASYON "Y" GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greft Dacron malzemeden, knitted örgü tekniği ile yapılmış olmalıdır.
2. Özel dikiş sayesinde preclotting işlemi olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositayı engellemelidir.
3. Emdirilme işlemi aldehit ve izosiyanat içermemelidir. Böylelikle dehidrotermal çapraz bağlı yapısı sayesinde kan sızdırmaz özellikte olmalıdır.
4. Pulsatilitiyi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır.
5. Dış yüzeyin kırçılı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.
6. Tromboz ve türbulans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.
7. Damarların çapı 12X6mm, 14x7mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 24x12mm arasında olmalı ve uzunluğu 45 cm den kısa olmamalıdır.
8. Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan tarzda olmalı; anastomoz yapılacak noktada tıfıklenmemelidir.
9. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.
10. Özel bir suture malzemesi gerektirmemelidir.
11. Son kullanma tarihinin bitmesine altı (6) ay kala ürünü teslim eden firma, ürünü yeni matlalar ile değişimini yapmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi işlem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS bilgilerini teslim etmelidir.

KV 1111

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı