

PERFÜZÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-Line 50ml lik enjektörler ile sıvı, ilaç vb. verilmesine uygun yapıda olmalı, hastanede kullanılan perfüzo enjektörü ile uyumlu olmalıdır.

2-Line 150cm uzunlukta ve şeffaf yapıda olmalıdır.

3-Line içinde sıvı akışı izlenmelidir.

3-Line en az 4bar basınca dayanıklı olmalıdır.

4-etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI" at the top, "MİLLÎ HASTANE" in the center, and "19080" at the bottom. The signature is written in a cursive style.