

FEMORAL ARTER KANÜLÜ

1. PVC'den imal edilmeli, içi silikon kaplı olmalıdır.
2. İnce duvarlı yüksek kan akımını sağlamak için multipl delikli olmalıdır.
3. Perkutan veya direkt görme altında bir guide wire ile yerleştirilebilir.
4. Suture flange olmalıdır. Kanülün proksimal ucunda tıygon kapak olmalıdır.
5. Kanülün distal kısmı 3/8 konnektöre uygun ve 3/2 İngiliz konnektörü olmalıdır.
6. Kanülün heparinle kaplanmış olması tercih sebebidir.
7. Tercihen Radyoopak markerları olmalı.
8. 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 Fr kalınlıkta ve 15 cm den kısa olmamalıdır.
9. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, Dretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl müddetli olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi altı aydan az kalmış malzemeler firma tarafından uzun müddetli malzemelerde değiştirilmelidir.
13. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UEB veya UTS Lot numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
14. Teklif veren firma teklif ettiği ürüne ilgili şahıs numuneyi istem yapan kişiye teslim ederek onay olmalıdır.

KV1077

Prof. Dr. Mustafa CEPRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Başka