

BRONŞİYAL LAVAJ KABİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Bağlantılar kullanılan bronkoskopik ve vakum sistemlerine uygun olmalıdır.
3. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Toplama kabı en az 40 ml olmalıdır.
5. Toplama kabı 2-5 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafına vakum bağlanabilen diğer tarafa aspirasyon sondası takılmayı sağlayabilen girişler olmalıdır.
7. Aspirasyon ve vakum sondalarının uzunluğu en az 120 cm olmalıdır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Steril ambalajında tek tek teslim edilmelidir.
10. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır.
12. Numune teslim edilmelidir. Numuneler gereğinde denenecektir.
13. Malzemenin UTS kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Dener TOK
Tic. Sic. No: 30086-42843
C.B. D. Y.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.