


DISPOSABLE AMBU MASKESİ

1. 6 ayrı boyu bulunmalıdır.
2. Ürün disposable olmalıdır.
3. Her boy maske istenildiği miktarda temin edilebilmelidir.
4. Maske tamamen şeffaf ve yüze tam uyum için şişirilebilir olmalıdır.
5. Maske girişleri maske tutucunun adapte olması için renk kodlu çengelli olmalıdır.
6. Maske lateks içermemelidir.
7. Teklif veren firma denenmek üzere 2 (iki) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
8. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
9. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
10. Ürünün mutlaka UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Deniz TOK
Diy. Tes. No: 30985-22643
CB.Ü.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.