

FFP3 SINIFINDA (N 95) MASKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
2. Üzerinde nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
3. Latex içermemelidir.
4. Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
5. Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
6. FFP3 sınıfında olmalıdır.
7. Saklama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
8. Kutularının üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
9. 89/686/EEC (Personal Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
10. EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
12. Teklif veren firma denemek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi sabit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

