TAM KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EN 166'ya göre şeffaf polikarbonat sınıfında koruyucu gözlük olmalıdır.
2. Uzun süreli kullanım için uygun darbelere karşı tam koruma sağlayan büyük gözlük olmalıdır.
3. Kolay takıp çıkarmayı sağlayan geniş elastik kayışlı olmalıdır.
4. Lensler, buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma özelliklerine sahiptir.
5. Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır.
6. Tek kullanımlık olmamalıdır.
7. Kan ve diğer potansiyel enfekte vücut sıvılarına karşı kullanıcının göz ve göz çevresini (kaşlar dahil) koruyacak şekilde dizayn edilmiştir.
8. Kullanım esnasında buğu yapmamalı ve anti reflektif olmalıdır.
9. Gözlük sapları yüz yapısına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
10. Kullanımı kolay olmalı, gözlük üzerine uygulanır olmalıdır.
11. Görüş alanını kısıtlamamalıdır.
12. Gözlük bileşenlerini çarpmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve kırılsa bile yaralanmalara sebep olacak keskin kenarlar oluşturmamalıdır.
13. Hijyen ve sağlık açısından zararlı madde içermemelidir.
14. Gözlük su ,sabun ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir. Ayrıca dezenfekte edilebilmeli ve bu amaçla hangi maddenin kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
18. Ürünün mutlaka UBB ve UTS kaydı olmalıdır.