

DISPOSABLE KORUMALI CERRAHİ ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlükte kullanılan kumaş yırtılmayan, medikal nonwoven, antistatik, non allerjenik, sıvı geçirmeyen malzemeden olmalıdır. Kumaş kalınlığı 50 g/m² olmalıdır.
2. Önlüklerin kol mansetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı ve eldiven giyilmesi sırasında kollanın yukarı sıyrtılmasını engelleyecek şekilde bileği kavrayan ribana mansetli olmalıdır.
3. Önlüğün boyun kısmı sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen yumuşak kumaş bilye ile çözülenmiş olmalıdır.
4. Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikilmiş olmalıdır.
5. Önlük kol kısmı hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı beden hareketleri ile dikişler açılmayacak kadar sağlam dikilmiş olmalıdır.
6. Önlüğün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmelidir. Önlüğün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinden başlayıp etek ucuna kadar uzanmalıdır, kollarda ise mansetten başlayıp omuza kadar olmalıdır.
7. Önlükler sifostatik ilaçları geçirmemelidir.
8. Bir adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.
9. Ürün etiketinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalı, üretici firmaya ait bilgiler tam ve güncel olmalıdır.
10. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
13. Ürünün mutlaka ÜBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text: "TMMOB Tıbbi Sarf ve Malzeme Odası" and "TMMOB" with a date "2023/05/15".