

BAKTERİYAL VİRAL FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre bakteri ve virüs tutma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Bakteri ve viral etkenleri tutuş etkinliği en az % 99.999 olmalıdır.
3. Tek tek paketlenmiş ve klinik olarak temiz olmalıdır.
4. Filtre tek kullanımlık olmalı ve şeffaf olmalıdır.
5. Filtre yetişkin hastalarda kullanılabilir olmalıdır.
6. Respiratör ve respiratör devresine uygun olmalıdır.
7. Teklif veren firma denemek üzere 5(beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
8. 1 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
9. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
10. Ürün ÜTS ye kayıtlı olmalıdır.

