

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 65822896/
Konu : Teklife Davet

Hastanemizin ihtiyacı olan İç Hast. Hemodiyaliz Ünitesi Tıbbi Malz. Alımı (10 Kalem) işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim.

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
- 2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren gün içinde yapılacaktır.
- 3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.
- 4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.
- 5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.
- 6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir.
- 7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.
- 8)- İdare Mal / İş alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
- 10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.
- 11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.
- 12) SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

TEL : (236) 233 70 68 -219
FAKS : (236) 233 71 00
Mail : satinalma2@cbu.edu.tr

NOT: Teknik Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	UBB Kodu	SUT KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	36641 - ARTER VEN SETİ ERIŞKIN İÇİN	AD	1000			NF1010		
2	5 - ASIDIK KONS SOLL. 10 LT	AD	1000			NF1013		
3	12 - BAZIK KONT.SOLL. 10 LT	AD	1000			NF1013		
4	662 - ARTER FİSTÜL İGNESİ 17 G	AD	100			NF1011		
5	932 - ARTER FİSTÜL İGNESİ 16 G	AD	900			-		
6	663 - VEN FİSTÜL İGNESİ 17 G	AD	100			NF1011		
7	933 - VEN FİSTÜL İGNESİ 16 G	AD	900			NF1011		
8	35929 - DİYALİZER 1,6 M2	AD	400			NF1006		
9	36234 - DİYALİZER 1,8 M2	AD	400			NF1006		
10	45 - DİYALİZER	AD	200			NF1006		

ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arter ucunda intravenözspike (Primingspike) ve sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.
2. Arter tarafında heparin hattı bulunacaktır.
3. Arter ve ven hattı üzerinde izolatör bulunmalı ya da set sayısının iki katı kadar izolatör steril bir biçimde, ayrı poşetlenmiş olarak verilmelidir.
4. Arter ve ven tarafında dripchamber bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı ve serum seti bulunacaktır.
6. Arter ve ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır.
7. Set steril olacaktır.
8. Arter ve ven setleri ayrı, ayrı ambalajlanacağı gibi tek, tek ambalaj da olabilir.
9. Hastanemizde bulunan Fresenius 4008 S tipi makinalarla uyumlu olacaktır.
10. Ven ucunda serum fizyolojik drene edilmesi için atık torbası bulunmalıdır.
11. En az iki yıl miadlı olacaktır.
12. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilebilmelidir.
13. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
14. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
15. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
16. Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. ALI T. TORAMAN
CBÜ, Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip Tescil No: 93482

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKIMI

(BİKARBONAT A)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bikarbonat A: 6-10 litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu

Bikarbonat B: 6-10 litrelik Bazik bikarbonat solüsyonundan oluşmaktadır.


BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solüsyonlar hastanemiz hemodiyaliz merkezinde kullanılmakta olan Fresenius 4008 –S hemodiyaliz cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Solüsyonlar yapılacak talepten en fazla bir hafta önce üretilmiş tazelikte olmalıdır.
3. Solüsyonların üretiminde mutlaka revers osmos yöntemi ile elde edilmiş, kontamine olmayan pirojensiz su kullanılmalıdır.
4. Seyreltilmiş konsantrelerin içeriği aşağıdaki sınırlarda olmalıdır:
Na⁺138-140 mmol /lt
K⁺1-3mmol/lt
Ca⁺⁺1,25-2,5 mmol/lt
Mg⁺⁺0,5-1,2mmol/lt
Cl⁻108-111mmol/lt
HCO₃⁻33-35mmol/lt
Glukoz0-1g/lt
5. Solüsyonlar darbeye dayanıklı, sızdırmaz plastik bidonlarda olmalıdır.
6. Bidon kapakları çift emniyet sistemli, (iç kapak-dış kapak veya dış kapak mantar sistemi gibi) kapak renkleri asidik bidonlarla bazik bidonlarda farklı renkte olmalıdır.
7. Bidonlar üzerindeki etiketlerde :Üretici firma adı ,solüsyon içerikleri, osmolaritesi, ruhsat tarihi, imal tarihi, son kullanma tarihi, seri numaraları gibi özellikler açıkça belirtilmelidir.
8. Talep halinde yukarıdaki sınırlarda olmak üzere farklı konsantrasyonda solüsyonlar temin edilecektir.
9. İhaleye iştirak eden firmalar ihaleden önce teklif edilecek malzemelere ait dökümanlar ve numuneleri 5 gün önce üniteye teslim edeceklerdir
10. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
11. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur
12. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
13. Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.

Yrd. Döç. Dr. AYŞEHİ TOĞRAMAN
CRÜ. Başhekim Yard. Dr. Ayşe T. Haslakçı AD
Nefroloji BD
Dip Tescil No: 93482

ARTER - VEN FİSTÜL İĞNESİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

- 1- Tek kullanımlık olmalı, Fistül iğnelerinde batmaları önlemek için koruyucu olmalı
- 2- 2- İğne çapları 1.5 mm (17G) olmalı,
- 3- Her iki sette iğne bitimi sabitleme ve pozisyon keleşbeęi olmalı,
- 4- Her iki saatte tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalı,
- 5- İğne boyları 2-3 cm, toplam set boyu 20-30 cm olmalı,
- 6- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalı,
- 7- İğne uçları uygun plastik muhafazayla korunmalı,
- 8- Tüm Üniversal Arter/Ven setlerine uyumlu olmalı,
- 9- Steril olmalı, sterilizasyon ömrü en az üç yıl olmalı.
- 10-Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görünmelidir.
- 11- Satıcı firma iğnelerin teknik özelliklerini bir broşürle birlikte denemek amacıyla bir miktar örneęi kullanıcı servise 10 gün önceden bir tutanakla teslim etmelidir,
- 12- Üretim hatası bulunan ve kullanılması mümkün olmayan arter-ven fistül iğnelerinin (bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde) deęiştirilmesi satıcı firma tarafından taahhütname ile garanti edilmelidir.
- 13- İhale tarihinden 10 (on) gün önce , ihaleye katılacak firmalar , ihale edilecek arter-ven fistül iğnelerinin bir miktar örneęini ve ürün kataloglarını , incelemek amacıyla , hemodiyaliz ünitesi sorumlu uzmanına ve sorumlu hemşiresine , bir tutanakla teslim edeceklerdir. Bu incelemelerde , ürünlerle ilişkili , şartnameye uymayan özellikler saptanırsa bu , ilgili firmaya yazılı şekilde bildirilecektir. İlgili ürünle ilişkili olarak şartname ile uyumlu deęişiklikler yapılmazsa , ihale sırasında , ilgili ürünle ilişkili tasarruf hakkı ihale komisyonunca saklı tutulacaktır.



DIYALİZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diyalizerler Hollow-fiber yapıda olmalı,
2. Hastanemizde kullanılan Fresenius 4008 S tipi makinalarla uyumlu olmalı,
3. Membran materyali polysulfone veya polyamid polymix-polyacrilonitrile olmalı,
4. Diyalizerler tek kullanımlık olmalı,
5. Dializör bio uyumlu olmalıdır .Biouyumluluğunu hızlı bir biçimde gösterebilmelidir
6. Kompleman aktivasyonuna yol açmamalıdır.
7. Duvar kalınlıkları 20-60 mikron olmalı,
8. Diyalizerlerin yüzey alanı 1,4- 1,6 -1,8m-2,0 m2 olmalıdır.
9. Talep halinde yukarıdaki sınırlarda olmak üzere farklı m2 diyalizerler temin edilecektir.
10. Diyalizerler steril ambalajda olmalı ve teknik özelliklerini gösteren bilgileri içermelidir.
Sterilizasyon türü ve son kullanma tarihi üzerinde belirtilmelidir.
11. Sterilizasyon en az iki yıl geçerli olmalıdır.
12. İhaleye iştirak eden firmalar ihaleden önce teklif edilecek malzemelere ait dökümanlar ve numuneleri 5 gün önce üniteye teslim edeceklerdir.
13. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
14. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
15. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
16. Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır


Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
CBÜ, Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Diy. Tescil No: 934.2