

KALEM İĞNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tüm kalemlerde uyum etiketi sertifikasına sahiptir.
2. 4 mm uzunluğunda 13G kalınlığı enjeksiyonun kolaylaştırılır.
3. 32 G çapında dış uç ile gövde arasında açılabilir (iğnenin tamamı 32 G çapında olmalı, iğne ucu ile gövdesi farklı çapta olmalıdır).
4. Tüm dış yüzlerde enjektörden çıkılarak çıkarılabilir (denklem yapılmaz) uygulanabilir.
5. Kalemde vidalama sistemiyle kolaylıkla takılıp, vidalama sistemiyle kolaylıkla kalemde çıkarılabilir.
6. Özel silikona kaplı olup, enjeksiyon sırasında acı hissi oluşturmaz, engelleyebilir.
7. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahiptir bu sayede cilde kolay girerek travma riskini düşürür.
8. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiştir bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletmiştir. İğnede enjeksiyon için kolay ve pratik uygulama yapılmıştır.
9. Her kullanımda kalem iğnelerinin steril koruyucu kapağı, garanti soruna olan hasta dikkatle çekilmesi için (yeşil) renklandırılmıştır.
10. Latex içermeyen, alerjik bağlı reaksiyon riski oluşturmamaktadır.
11. CE belgesine sahiptir.
12. Steril ve tek kullanımlıdır.
13. Diyabet tedavisinde kullanılan tüm kalemlerle 100 uyumlu olduğuna gösteren ISO belgesine sahiptir.

Handwritten signature
13G 4mm 32G 135-1
13G 4mm 32G 135-1
13G 4mm 32G 135-1

TIBBİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atık kovası; kesici ve delici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiler vb. atıkların güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak ve içinde biriktirdiği atıklarla imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Malzeme üç (3) parçadan oluşmalıdır.(1 kova, 1alt kapak ve 1 üst kapak)
3. Üst kapak oynar başlı olmalıdır.
4. Üst kapak kilitli tırnak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak kilitlendiğinde kesinlikle açılmamalıdır.
6. Alt kapakta tutma kulpu olmalıdır.
7. Alt kapak kapatıldığında kesinlikle açılmamalıdır.
8. Alt kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
9. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Ortam sıcaklığında deforme olmamalı ve yanarak imha edilmelidir.
10. Tıbbi atık kovası delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olmalıdır.
11. Tıbbi atık kovası rengi uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Gövde rengi sarı renkte, kapak rengi kırmızı renkte, üst kapak kırmızı ya da sarı renkte olmalıdır.
12. Tıbbi atık kovasının hacmi 1 lt - 1.5 lt – 7.5 lt ve 30 lt olmalıdır.
13. Tıbbi atık kovasının üzerinde "Uluslar Arası Biyotehlike" sembolü, ile DİKKAT, KESİCİ ve DELİCİ, TIBBİ ATIK ibaresi bulunmalıdır.
14. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde olmalıdır.
15. Ürünler mukavva koli içerisinde poşetli ambalajında olmalıdır.
16. Kullanım sırasında kovalarda hatalar görülmesi durumunda; firma tüm sorunlu kovaları şartnameye uygun olarak yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
17. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
18. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
19. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Feryal Karaman
Sağık Hizmetleri Müdürü