

NAZOGASTRİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toksik olmayan, tahriş etmeyen, yumuşak PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Bükülmeyen, dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
3. Distal uçtan işaretleme mesafeleri olmalıdır.
4. Uç kısmına açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
5. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen dört adet delik bulunmalıdır.
6. Nazogastrik sondanın ebatları 8Fr- 10Fr-12Fr-16Fr-18Fr olmalıdır.
7. Uluslararası renk kodlu olmalıdır. 8 f – Mavi, 10 F–Siyah, 12F – Beyaz, 14 F– Yeşil, 16F – Turuncu, 18F – Kırmızı
8. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
9. Renk kodu sonda modelinin boyutlarını belirtmek için kullanılmış olmalıdır. Sonda tam boy olarak şeffaf yapıda olmalıdır.
10. Konnektör konik şeklinde olmalıdır.
11. EO Steril ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Feriye Karadağ YALÇIN
Satış Hizmetleri Müdürü