

PORT İĖNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK-1

1. İğne port katater sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.İğne verev kesimli olmalıdır.
- 3.Rahat kavranabilmesi ve çıkarılabilmesi için kanat şeklinde açılabilen tutma mekanizması olmalıdır.
- 4.İğne ucu portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısı özelliğinde olmalıdır.
- 5.Alerjik reaksiyonlara neden olmamalıdır.
- 6.İğne 20G ve 18G kalınlığında ve 15mm, 19mm veya 25mm uzunluęu aralıklarında seçilmelidir.
- 7.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 8.İğne anti-klinik özellikli, luer-lock bağlantı birimli hasta uzatmasına sahip olmalıdır.
- 9.İğneler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
- 10.Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilmelidir.

Prof. Dr. Sanze GÖNCEL ÖZTÜRK
İç Hastalıkları Uzmanı, Dahiliye Uzmanı
C.B.Ü.İ.Ü. Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı
Diy. Tescil No: 88917