

HASTA KOL BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kol bantları yumuşak anti alerjik PVC malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 2-Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır.
- 3-Kol bandına yapıştırılacak barkod, PVC malzemenin içinde optik okumaya uygun olmalıdır.
- 4-Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
- 5-Kol bandındaki çit çit kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
- 6-Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının ölçüsü 7x3 cm olmalıdır.
- 7- Kol bantlarının kutularında üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 8-Kol bantlarının idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir.
- 9-Optik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt edilmelidir.
- 10- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
13. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü



STERİL BİSTÜRİ UCU

1. ISO ve CE belgeli olmalıdır.
2. Gamma ile steril edilmiş olmalıdır ve ambalaj üzerinde gamma ile steril edilmiştir ibaresi bulunmalıdır.
3. Bisturi uçları tek kullanımlık olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
4. Bisturi uçları çelik karbondan yapılmış olmalıdır.
5. Bisturi uçlarının ilgili boya ait şekli, kutu üzerinde birebir boyutta resmedilmiş olmalı ve numarası da belirtilmiş olmalıdır.
6. Bisturi uçlarının numarası, bisturi çeliğinin üzerinde yazılı olmalıdır.
7. Bisturi ucu dokuya zarar vermemeli ve ilk dokunuşta kesmelidir.
8. Kullanım süresi 5 yıl olmalıdır.
9. Bir kutu içinde 100 adet bisturi ucu bulunmalıdır.
10. Kutu içinde bulunan uçların her biri ayrı bir alüminyum folyo poşet şeklinde iç ambalaj olarak steril şekilde bulunmalıdır.
11. Kutu yırtık ve delik olmamalıdır.
12. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası pnayı ve UTS kaydı olmalıdır.
13. İhaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir.
14. Her numaradan az 2kutu numune getirilmesi.
15. 1kutu şahit numune olarak değerlendirilecek.