

HASTA OPERASYON ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ  
(KISA VE UZUN KOLLU)

1. Önlükler non-woven kumaştan tek kullanımlık üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı  $50 \text{ gr/m}^2$  (0,5 gr/cm<sup>2</sup>) olmalıdır.
3. Önlükler bakteri bariyerli, antimikrobiyal, antialerjik, anti-statik özellikli olan iç göstermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı; ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve altına geçişine izin vermeyecek nitelikte (full repellent) olmalıdır.
5. Omak sınırlı yakalı arkadan ayarlanabilir örtü kapatılabilir ve bel hizasından iki kısımla bağlanabilmelidir.
6. Önlüğün boyun bölgesi bive ile çevrilmiş olmalıdır.
7. Kolları hareket etmeyi sağlayacak genişlik ve standart uzunlukta olmalıdır.
8. Uzun kollu önlüklerde kol ucu manşetli ya da lastikli olmalıdır.
9. Boyu en az 120 cm, kol boyu en az 60cm olmalıdır.
10. Dikileri sağlam yapıda olmalıdır.
11. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
12. Paket üzerinde üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
13. Paketler üzerinde beden etiketi olmalıdır.
14. İstenilen boyda ve bedende üretilmektedir.
15. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün USB ve UTS kaydı olmalıdır.

Firma İmza ve Mühür Alanı  
Sıra No: 1234567890