

BRONKOSKOPİK FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Kaplamalı olmalıdır.
3. Forseps 90° açılı olmalıdır (bronşlardan kolay biopsi almak için).
4. Forseps Handle'dan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır.
5. Forseps uzunluğu 115-130 cm olmalıdır.
6. Ağız yapısı klinik istemine göre yuvarlak (20 adet) yada aligatör(100 adet) özelikte olmalıdır.
7. Bu sayede yan duvardan biopsi alabilmelidir.
8. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır.
9. 2,0-2,8mm kanaldan geçebilmelidir.
10. CE belgesi olmalıdır.
11. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır.
13. Numune teslim edilmelidir. Numuneler gereğinde denenecektir.

Dr. Ayşin SAKAR ÇOKKUN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Hastalıkları AD.
Diy. NO: 77316-48239

BRONŞİYAL SİTOLOJİK FIRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır.
3. Halka tutaçlı olmalıdır.
4. Çalışma şaftının uzunluğu 110-120 cm, çapı min 1.7 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen malzemenin sitoloji brush 2,0 ve daha üzeri kanal çapına sahip cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
6. Brush'ın çapı 2-3 mm, uzunluğu 8-11 mm olmalıdır.
7. Brush çaprazlama örgü sistemi ile kılavuza bağlanmıştır. Ve böylece ilerde oluşabilecek kopmalara karşı direnç göstermektedir.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır
11. Numune teslim edilmelidir. Numuneler gereğinde denenecektir.

Prof. Dr. Aydın SAVAR COŞKUN
Celal Bayar Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları AD.
Dip. No: 79826-8299