


## AIRWAY TENİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Renk kodları olmalıdır.
3. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
4. Aspirasyon katateri geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
5. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Numune getirilmelidir.
8. UBB ve ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Okan', is located on the right side of the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'O' and a long horizontal stroke.