

BIOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tru-cut tekniđi ile biopsi almaya uygun dizayn edilmiř olmalıdır.
- 2) Biopsi iğnesi içinde uygun kalınlıkta bir stile bulunmalıdır.
- 3) Alınacak biopsi materyalinin içenisine hapsedileceđi 17mm'lik bir "örnek çentiđi" bulunmalıdır.
- 4) Biopsi iğnesi üzerinde kolayca anlaşılabilecek derinlik işaretleri bulunmalıdır.
- 5) Biopsi iğnesi ucu ultrason altında görölmesini sağlayacak şekilde ekojenik yapıda olmalıdır.
- 6) Biopsi iğnesi Anabilim Dalımızda bulunan Biopsi tabancasına uyumlu olmalı veya iğnelerle birlikte bir biopsi tabancası verilmelidir.
- 7) İğnenin tabancaya girecek kısmında, gerektiğinde tabancaya takılmadan da giriřimi sağlayacak bir plastik ve çıkarılabilir sabitleyici bulunmalıdır.
- 8) Biopsi iğnesi 16 ve 18 Gauge kalınlığında, 20cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9) İğneler steril olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.
- 10) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 11) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiř olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle deđiřtirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

