

3 YOLLU SİLİKONLU FOLEY KATETER (SONDA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter tamamıyla 100% silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Her bir kateter tek tek steril paket içerisinde yer almalıdır.
3. Sondalar 3(üç) yollu olmalıdır.
4. Ürün uzunluğu en az 40 cm. olmalıdır.
5. Kateter 18-20-22 Fr kalınlıklarında olmalıdır.
6. Balon şişirme kapasitesi en az 30 cc ye dayanıklı olmalıdır Sondalar 2 delikli olmalıdır.
7. Balon indirildiğinde kateterin çapı ile aynı çapta olmalıdır.
8. Ürünün valf mekanizması olmalıdır.
9. Balon şişirme valfi renk kodlu olmalıdır.
10. Atravmatik yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalıdır
11. En az 2 drenaj deliği bulunmalıdır
12. Her bir kateter tek tek steril paket içerisinde yer almalıdır.
13. Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır.(İç paketin sondanın uretraya giren ucun dışı kısmı, çökülince kolayca kopacak şekilde kısma işaretli ile bağlantılı olmalıdır)
14. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
15. Yüklenici firma ürünün dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
16. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmak ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir
17. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, saklama koşulları belirtilmelidir.
19. Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20. Teklif veren firma numunem (üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
21. Numuneler değerlendirdikten sonra uygunluk kararı verilecektir.
22. Uygunluk raporu verilen numunelerle alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerin muayeneden geçen ürünler ayrı özelliği taşımalıdır. 2 (iki) adet numune ve 1 adet numune olarak kullanılır.
23. Yüklenici firma tek il etajı malzemeye ait UBB- UTS bilgilerini fatura ile birlikte teslim etmelidir.

Ferya Karadağ YALÇIN
Satış Sorumlusu

