


Koaksiyel Pediyatrik/Yetiřkin Ventilatör Devresi

1. Parçalar Hamilton Marka Ventilatörlerin tüm modellerinde, pediatrik ve yetiřkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Hasta solunum seti hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanılan ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
3. Hasta devresi coaxial (ortak eksenli) yapıda olmalı, ayrıca uzatmalı ekspirasyon kolu içermelidir.
4. Hasta devresi pediatrik ve yetiřkin hastalarda kullanıma uygun olmalı, 180 cm uzunluğunda, ekspirasyon hattı 26 mm, inspirasyon hattı da 15 mm çapında olmalıdır.
5. Devrenin inspirasyon direnci 60 l/dak akışda 0.043 cmH₂O/l/dak değerini geçmemelidir. Devrenin ekspirasyon direnci 60 l/dak akışda 0.066 cmH₂O/l/dak değerini geçmemelidir.
6. Teklif edilen devre Hamilton Medical marka ventilatör cihazlarının hastanemizde bulunan tüm modellerinde kaçak testini mutlaka geçmelidir.
7. Her devre ile birlikte bir adet kateter ağızlığı flex tübet, bir adet HME filtre ve bir adet bakteri filtresi verilecektir.


Prof. Dr. Deniz TOK
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B. U. T.C.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.