

VİDA KAPAKLI CAM TP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tpler vida kapaklı olmalıdır
2. Tpler sterilizasyon ısısına ve kırılmaya dayanıklı cam olmalıdır
3. Boyutları en az 16x125mm olmalıdır.

Prof. Dr. Hn GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809