

TÜP YIKAMA FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvarında kullanılan dar cam tüpleri (10x160) temizlemeye uygun olmalıdır.
2. Firça sapı paslanmaya dayanıklı bükülmüş çelikten olmalıdır.
3. Firça uzunluğu en az 25 cm, firça çapı 12-mm olmalıdır.

TÜP YIKAMA FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Prof. Dr. Hüseyin SAZ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127800

Tüp Yıkama Fırçası Teknik Şartnamesi

1. Fırça sapı bükülmüş paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Fırça istenilen herhangi bir yere asılabilmelidir.
3. Fırçanın çapı 16x160 mm boyutundaki laboratuvar tüplerini temizlemeye uygun olmalıdır.
4. Fırçanın temizleme kısmı tüpün her köşesini ulaşabilmelidir.

Prof. Dr. Hürü GAZI
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809