

DİSPOSABLE TAB ELEKTOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İşitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Özel iletken olmalıdır.
- 3-Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
- 4-Birden fazla yapışıp sökülebilmek özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmelidir.
- 5-Crocodile elektrot ile kullanılabilirdir.
- 6-Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
- 7- Ag/AgCl içermelidir.
- 8-Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kültür Binası Bölge Hast. Uzmanı
Dip. No: 233492144

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖLKÜMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı
Celal Bayar Üni. Tıp Fak.
Dip. No: 233492144
Dip. No: 233492144

CİLT TEMİZLEME PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.114 GSM'lik t p i inde olmalıdır.

2. eri inde a a ıdaki malzemeler bulunmalıdır.

-su

-Aluminum Oxide

-1,2 Propanediol

-Sodium

-Polyacrylate

-Methylparaben

-Propylparaben

-FD&C Blue 1

-FD&C RED40

-FD&Cyellow 5

CELAL BAYAR  Nİ.HAST.
Prof. Dr. On r  ELİK
Kocaeli Burun G  az Hast. Uzmanı
Dip.No:233432144

Yrd.Doc.Dr.Burak  LK MEN
KBB Hastalıkları Uzmanı
Celal Bayar  niversitesi Fak.
Dip.No:Teşc.No:1111104465
Dip.No:60005003

AZ 26 İMPEDANSMETRİ PRINTER KAĞIDI TEKNİL ŞARTNAMESİ

- 1.150 adet olmalıdır
2. interacoustics AZ 26 timponometri cihazı ile uyumlu olmalıdır.
3. 112-50-12;25 m. ölçülerinde olmalıdır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzmanı
Dip. No: 233432/44

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖLKÜMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Dip. No: Tacc. No: 85211/404865
Dip. No: 00085063