

NAZOGASTRİK BESLENME SONDASI 4-5- 6-8Fr TEKNİK ŞARTNAMESİ [FEEDING TÜP]

1. Şeffaf, hafif yumuşak, silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. İstenilen numaralarda olmalıdır.
3. Ucu yuvarlak olmalı ve küçük delikleri olmalıdır. Hastayı travmatize etmemelidir.
4. Boyu 50 cm civarında olmalıdır.
5. Bir ucundada renkli kısmı olmalı enjektöre ve aspiratöre adapte olmalıdır.
6. Steril poşetlerde tek kullanımlık olmalıdır.
7. Radyopak çizgisi tüp boyunca olmalıdır.
8. Santimetre işaretleri ve numaralandırma tüp boyunca olmalıdır.
9. Firma 5 adet numune getirmek zorundadır.
10. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir
11. UTS ve ÜBB'ye kayıtlı olmalıdır.

GBÜ
Hemşirelik Mtz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA

