

ZARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıttan yapılmış olmalıdır
2. Geniş kapaklı olmalıdır
3. Boyutları 120-160 mm olmalıdır

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-24X50 mm boyutunda olmalıdır.
- 2-Silmeye ihtiyaç duyulmadan kullanılmaya hazır olmalıdır.
- 5-Periferik kandan ve kemik iliğinden yayma preparatı örneklerini kapama ve saklama işlemi için uygun olmalıdır.

Prof. Dr. İsmet Aydoğdu
R. H. H.

WRIGHT BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periferik yayma ve kemik iliği boyamasında kullanılmalıdır.
2. En az 25gr'lık ambalajlar içinde toz halde olmalıdır.
3. Miyadı en az 1 yıl olmalıdır.
4. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.
5. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanımı tarihi bulunmalıdır.
6. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya katalogu sunulmalıdır.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU



ENTELEAN TEKNİK SARTNAMESİ

1. Ksilen bahl olmalıdır.
2. Şeffaf ve akıcı olmalıdır.
3. Kuruduktan sonra hava kabarcığı oluşmamalıdır ve iyi kapanma sağlamalıdır.
4. Ürün 250-500 mL'lik orijinal ambalajında ve açılmamış olarak teslim edilmelidir.
5. Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanımı tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
6. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya katalogu sunulmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay mltatlı olmalıdır.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
[Signature]

LAM ARŞİV DOLABI (ONLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolapların toplam ölçüsü 43*42*130 cm olmalıdır.
- 2- Dolaplar üst üste konulunca kayınması için özel sistemi olmalıdır.
- 3- Altında baza üstünde kapağı olmalıdır.
- 4- Dolaplar en az 25 adet üst üste konulunca ezilme olmamalıdır.
- 5- Her dolap 12 çekmeceli olmalıdır. Çekmeceler rahat çalışmalıdır.
- 6- Çekmece kulpları 1,5 mm kalınlığında olmalıdır.
- 7- Bir çekmece (yaysız) 220 preparat (yaylı) 120 preparat almalıdır.
- 8- Dolap sacı dıkp kalınlığı 0,80 mm olmalıdır.
- 9- Dolap 180-200 derecede fırımlanmış elektrostatik toz fırın boyayla boyanmış olmalıdır. Mavi ve beyaz renklerde olmalıdır.
- 10- Üretici firma ISO 9001:2015 belgesine sahip olmalıdır.


Prof. Dr. Ismet AYDOĞDU

GLİSERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Saf olmalıdır.

2-Cam şişede, ışıktan korunur şekilde saklanmalıdır.

3-Özelliklerini en az bir yıl korumalıdır.

4. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üretici firma içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU


LÖKOSİT ALKALİN FOSFATAZ (LAP) TEKNİK ŞARTNAME

1. Lökosit alkalen fosfataz boyası içinde:

- Sodium nitrite solüsyon,
- FRV-Alkaline solüsyon
- Naphtol AS-BI Alkaline solüsyon.
- Hematoksilen boyası
- Citrate solüsyonu olmalı

2. Her birinden 1 mL kullanılacak şekilde olmalıdır.

3. Kitin içinde yeterli miktarda olmalıdır.

4. Miyadı en az 1 yıl olmalıdır.

5. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.

6. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

7. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya katalogu sunulmalıdır.



Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU

METİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 99 saflıkta olmalıdır.
2. 1 lt veya 2,5 lt'lik kahverengi cam şişelerde teslim edilmelidir.
3. Kullandığı en az 3(Ki) yıl olmalıdır. Ve bu süre içinde özelliklerini korumuştur.
4. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketlerme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenebilecek kağıt özelliğinde, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlamlı olarak yapıştırılmalıdır.

ETİL ALKOL ŞARTNAMESİ

1. % 100 (VİV) Etil Alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Alkol denatüre edilmemiştir (içine katı maddeler konulmamıştır) olmalıdır.
4. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir maddeden dolayı kirlenmiş veya berraklığı görülmeyecektir.
5. 1 lt veya 2,5 lt'lik kahverengi cam şişelerde teslim edilmelidir.
6. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketlerme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenebilecek kağıt özelliğinde, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlamlı olarak yapıştırılmalıdır.


Prof. Dr. Ismet AYDOĞDU

PAS BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler ISO ve CE kalite standartları belgelerine uygun olmalıdır.
2. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
3. Bölümün acil ihtiyacı olduğu takdirde ihale tarihinden itibaren ürün teslim tarihi 3 haftayı aşmamalıdır.
4. Soğuk zincire uygun şekilde nakledilmiş olmalıdır.
5. Kullanım kılavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır.
6. Ürünlerde teslimat sonrası katalogdan veya numuneden farklı ve istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında bozulursa acilen değiştirilmesi (3 hafta içinde) istenebilecektir. Bu süre içinde bölümün mağdur olmaması için bölümün ihtiyaçları doğrultusunda yeterince madde temin edilmelidir.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren miyadı en az 1 yıl olmalıdır.
8. Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

PEROKSİDAZ BOYASI

1. Ürünler ISO ve CE kalite standartları belgelerine uygun olmalıdır.
2. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
3. Bölümün acil ihtiyacı olduğu takdirde ihale tarihinden itibaren ürün teslim tarihi 3 haftayı aşmamalıdır.
4. Soğuk zincire uygun şekilde nakledilmiş olmalıdır.
5. Kullanım kılavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır.
6. Ürünlerde teslimat sonrası katalogdan veya numuneden farklı ve istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında bozulursa acilen değiştirilmesi (3 hafta içinde) istenebilecektir. Bu süre içinde bölümün mağdur olmaması için bölümün ihtiyaçları doğrultusunda yeterince madde temin edilmelidir.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren miyadı en az 1 yıl olmalıdır.
8. Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

DEMİR BOYASI

1. Ürünler ISO ve CE kalite standartları belgelerine uygun olmalıdır.
2. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
3. Bölümün acil ihtiyacı olduğu takdirde ihale tarihinden itibaren ürün teslim tarihi 3 haftayı aşmamalıdır.
4. Soğuk zincire uygun şekilde nakledilmiş olmalıdır.
5. Kullanım kılavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır.
6. Ürünlerde teslimat sonrası katalogdan veya numuneden farklı ve istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında bozulursa acilen değiştirilmesi (3 hafta içinde) istenebilecektir. Bu süre içinde bölümün mağdur olmaması için bölümün ihtiyaçları doğrultusunda yeterince madde temin edilmelidir.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren miyadı en az 1 yıl olmalıdır.
8. Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU