

MALZEME İSTEMİ –TEKNİK ŞARTNAME

1-Reusable iğne elektrot

- a-paslanmaz çelik olacak
- b-Kablo girişi iki uçlu olacak

2-Konsantrik iğne elektrod (disposable)

- a-Madeni kısımlar paslanmaz, etrafı plastik olacak
- b-Kabloya girişi yuvarlak uçlu olacak
- c-Neuroline konsantrik
- 38x0,45mm (250 adet)
- 50x0,45mm (250 adet)
- f- Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olacak

3-Bipolar stimülasyon elektrodu:

- a-Plastik yatak içine yerleştirilmiş 2 adet keçe elektrod olacak
- b-Keçeler yuvarlak olacak
- c-keçelerin altında gümüş-gümüş klorid elektrod olacak
- d-kablo boyu 1,5 metre ve PVC kaplı olacak
- f-40 adet keçe olacak
- g-Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olacak
- h- Anabilim dalımızdaki Dantec Keypoint EMG cihazına uyumlu olacak olan stimulatörün cihaza giriş çift girişli olacak.
- I-3 adet

4--Ground strap elektrod holderı

- a-Elektrot tutucusu mandal şeklinde olacak.
- b-Elektriksel kontakt EKG elektrodunu tutturarak sağlanacak
- c-PVC kaplı olacak
- d- Dişi girişli olacak,
- e-Kablo boyu 2metre olacak
- f- Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olacak
- g- 3 adet

5- EEG Elektrodu:

- a-Gümüş-gümüş klorid disk kayıt özelliği olacak
- b-Otoklav ile sterilize edilebilir olacak
- c-Esnek ve uygun uzunlukta olacak
- d-Disk çapı 6 veya 9mm olacak
- e-Kablo renkleri farklı olacak
- f-elektrod girişi dişi olacak
- g-kablo uzunluğu 2m olacak
- h- Anabilim dalımızdaki Medelec Sapphire ve Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olacak
- I-200 adet olacak

6-Rulo kağıt:

- a- Rulo şeklinde beyaz kağıt olacak
- b- rulo çapı 1,5cm ve eni 11cm ve 25 m uzunluğunda olacak
- c- - Anabilim dalımızdaki Medelec Sapphire medikal marka cihazına uyumlu olacak
- d-100 adet

7- EMG Sensoryal Needle (duysal EMG) elektrot

- a- Duyusal EMG iğnesinin gövdesi paslanmaz çelikten yapılmış olup yalıtım maddesiyle kaplanmış olacak
- b- Duysal elektrot holderına giriş yuvarlak uçlu olacak
- c- 200 adet

Prof. Dr. Mustafa MAVİCİ
Cebir ve Geometri A.B.D.
Diyadinin 1. Yayımlı No: 3148
17.05.2018