

AMELİYATHANE BOX GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Box gömleği antimikrobiyal ve sıvı geçirmez olmalıdır. Kumaşın teknik özelliği 6. Maddedir.
2. Kollar reglan takma olmalı, önlük arkadan tamamen kapatacak şekilde ve kruvaze olmalıdır.
3. Uzunluk 127 cm (+, -3 cm) olmalıdır. Kol boyu 78 cm (+, -7 cm) , ribana toplam 85 cm olmalıdır.
4. Önlüğün iki adet boyun hizasında, 2 adet bel ve boyun arasında, 4 adet bel hizasında sol tarafı iç kısımda ve sağ önde olmak üzere 8 adet bağcık olmalıdır.
5. Yaka bilyeli olmalı, ayrıca sol ön tarafta göğüs hizasında CBU amblem baskılı olmalıdır.
6. Gömlek kollarda 30 cm (+, - 3) göğüs bölümü 75 cm (+, -) su geçirmez bariyer lamine edilmiş olmalıdır.

AMELİYATHANE BOX GÖMLEĞİ KUMAŞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- a) Solmayan boyalı olmalıdır. (Muhtelif renklerde) yıkamadan sonra çekme ve sarkma sıfır olmalı , düşük bazlı asitlerden etkilenmemelidir.
- b) Kumaş % 99 polyester , % 1 antistatik kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- c) Ürün minimum 100 yıkama ve 100 defa 134,5 C steril çalışılmaya dayanıklı olmalıdır.
- d) Ameliyat önlüğü, laboratuvar önlüğü, izolasyon önlüğü, hasta önlüğü olarak kullanılabilirdir.
- e) Karbon flement lifler ile vücutta oluşacak statik elektriklenmeyi önlemelidir.
- f) Kumaşın metrekare ağırlığı (125 gr) +, - 3 olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

