

AGLÜTİNASYON TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Serolojik testler, aşağıda isimleri, miktarları ve şartları belirtilen testlerden oluşmaktadır.
2. İhale teklifleri aşağıda belirtilen testlerini tamamını kapsamalıdır.
3. Kitlerin tümü serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Testlerin hazırlanması ve çalışması için gereken kimyasal malzemeler, özel ekipmanlar kit ile birlikte verilmelidir.
5. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 12 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma (ihaleyi alan firma) tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz değiştirilmelidir.
6. Kitlerin içinden çıkan reaktifler yetmediği veya bozuk çıktığı takdirde, sorunlu ürünler ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

Test adı	Birim	Adet	Şartlar
RPR	10 mL	1	T. pallidum tespit edebilen belirteç (reagent) antijen içermeli
Treponema pallidum hemagglütinasyon (TPHA) testi	Test	100	T. pallidumla duyarılaştırılmış kuş (veya tavuk) eritrositleri içermeli, kontrol solüsyonları olmalı
Monospot (Anti heterofil antikor) testi	Test	200	Heterofil antikorlarla reaksiyon verebilen lateks partikül içermeli

Prof. Dr. Talat ECEMİŞ

Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tec.No:55319

Prof. Dr. Sinem AKCA
Cela Bayar Üniversite
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tec.No: 69173 Uzman