

% 70' LİK SAFLIKTA ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 70 saflıkta olmalı ve bu durum yetkili kuruluşlardan alınacak analiz raporıyla belgelenmelidir.
2. Sert plastikten yapılmış, kilitli kapaklı,
5 L hacme sahip bidonlarla teslim edilmelidir.
3. Renksiz, berrak ve kendine özgü kokuya sahip olmalıdır.
4. Denature edilmemiş olmalıdır.
5. TAPDK'nın hastanelerin gereksinimini için kullanılan etil alkol açısından belirttiği standartlara uygun olmalıdır.
6. Teklif verecek firmaların alkol dağıtım yetki belgeleri bulunmalıdır.

Layla GÜNDOĞRU ÇETİN

Başhekim Yard.

RODAJLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 75x25x1.0 mm boyutlarında olmalıdır. 50'lik ambalajda olmalıdır.
2. Kenarları iyi traşlanmış, çapaksız ve uçları künt kesimli olmalıdır.
3. Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, temiz, berrak, tozsuz ve çapaksız, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan mamül, ayrıca kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Her iki yüzüde rodajlı olmalıdır.
5. Mikroskopik incelemede lamın dokusunda çatlak ve artefaktlar olmamalıdır.
6. Rodajlı kısmına kurşun kalem ile kolay yazılabilmeli, bu yazılar kimyasal maddelerle dağılmamalı ve silinmemelidir.
7. Birbirine yapışmamalıdır, lamlar birbirinden kolayca ayrılabilir özellikte olmalıdır. Birbirine yapışan ayrılmayan ve bu nedenle kırılan lamlardan firma sorumlu tutulacaktır. Lamların arasında pelurkağıt bulunmaması tercih sebebidir.
8. Ürün temin edilmeden önce Hematoloji Mikroskopik Laboratuvarında çalışan teknisyenler tarafından uygunluk verilmek üzere örnek numune gönderilmelidir.
9. Genel hükümler geçerlidir.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU

[Signature]