

SÜRGÜ KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çevre dostu düşük yoğunlukta polyethylen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kılıf, sürgü kullanımında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Her poşette, rulo halinde 20 adet sürgü kılıfı bulunmalıdır.
4. Sürgü kılıfı istenildiğinde rulodan kolayca ayrılabilir.
5. Kılıfın içinde 1 lt. su ve 350-450 ml'e ye kadar idrarı emme kapasitesi olan powder of copolymers based on sodium acrylate içerikli pet bulunmalıdır.
6. Kılıfın üzerinde bulunan bağcıklar su geçirmez özellikte olmalıdır.
7. Kılıf sürgüye kolayca monte edilebilir, 45 x 65 cm(+3cm) özellikte olmalıdır.
8. Ürün üzerinde marka, imalatçı firma ve kullanımını gösteren resimli bilgiler bulunmalıdır.
9. Teklif veren firma denemek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
10. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
11. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
12. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Ferya Karadoğ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü



SARGI TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hipoalerjenik olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
2. Gözenekli olmalıdır, cilt nemini geçirmelidir. Yapışkanlığını uzun süre devam ettirmelidir.
3. Esnek olmalıdır, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır. Minimal hareketlere izin vermelidir. Kemikli ve çıkıntılı yerlere kolay uyum sağlamalıdır.
4. Çıkarılmadan röntgen çekilebilmelidir.
5. Non-woven dokuma kumaştan yapılmalıdır.
6. Arkasında koruyucu kâğıt olmalıdır. Kolayca açılır ve uygulanır olmalıdır.
7. Kutu üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma bilgileri yazılmalıdır.
8. Tek tek kutulanmış olmalıdır.
9. 10*10 ve 10*15 ebatlarında olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde ebadı, imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
11. Teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
12. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü