

CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set sürekli pozitif havayolu vermek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Set hiçbir cihaza gereksinim duymamalı, hastanemizde bulunan merkezi oksijen sistemine veya portatif oksijen tüplerine direk olarak takılarak kullanılabilmelidir.
3. Set içerisinde tüm oksijen manometreleri ile uyumlu 220(± 20 cm) bağlantı hattı, hastaya uygulanan ve 40cm H2O'ya kadar peep basıncını gösteren manometre, flow-safe regülatör, maske, kafa sabitleme bandı olmalıdır.
4. Set üzerinde hiçbir ayar mekanizması olmamalı, hastaya uygulanan peep basıncı merkezi oksijen sistemi veya portatif oksijen tüplerinin manometrelerinden basitçe ayarlanabilmeli ve bu oran set içerisindeki manometreden görülerek takip edilebilmelidir.
5. Set içerisinde barotravmayı engelleyen güvenlik valfi olmalı ve yüksek basınçlı oksijeni tahliye edebilmelidir.
6. Set ile birlikte istendiğinde hastaya uygulama esnasında nebül vermeyi sağlayan T bağlantı adaptörü ve nebül haznesi verilebilmelidir.
7. Set tüm parçaları ile disposable olmalıdır.
8. Set lateks içermeyen yapıda olmalıdır.
9. UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır.

Yrd. Doc. Dr. Arnan BİLGE
CBÜ TİFTAK HASTANESİ
Açık Tıp A.D.
Diploma No: 10025
Diploma/Uzmanlık Tesdi No: 97805