

SMT3939 KONDOM (PREZERVATİF)

1. Doğal kauçuk lateksten yapılmış, görüntüsü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte nontoksik anti alerjik özellikte olmalıdır.
2. Kondom uzunluğu en az 170 mm olmalıdır. Açma eni 50-60 mm aralığında olmalıdır.
3. Kondomun açık ucunda bulunan halkanın kesik çapı 125 mm olmalı.
4. Kondom yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı.
5. Ultrasonun probuna yerleştirildiğinde patlama, delinme ya da yırtılma olmamalıdır.
6. Mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı, alerjik reaksiyona sebep vermemelidir.
7. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır.
8. Birim ambalajının açılması elle ve kolayca yapılabilmeli ve açılma sırasında kondom herhangi bir mekanik zarar görmemelidir.
9. Tek tek ambalajlanmış paketlerde bulunmalıdır.

Prof. Dr. Serdar ORUÇ KOLTAN
Celal Beyer Üniv. Kadın Hast. ve
Doğum Anabilim
Dip. No: 87/AA/152
Tels. No: 33699