

EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Verilecek olan EEG elektrodları, Nihon Kohden marka EEG ünitesine bağlanabilir olmalıdır.
- Hastaya bağlanan kısım 10 mm çapında altın kaplama olmalıdır.
- Cihaza bağlanan kısım 1,5 mm temas korumalı olmalıdır.
- Tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- EEG kaydı için özel üretilmiş olmalıdır.
- EEG kablolarının boyu 200 cm olmalıdır.
- Her pakette 12 adet EEG elektrodu olmalıdır.
- Malzemenin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa POLAT
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Tıbbi Fizyoloji
Diyadinin Hastalıkları