

0,035 Kontrollü Ayrılabilen Fiber Koil Teknik Şartnamesi

1. 0,035 kontrollü Fiber Koillerin cube, 2D helikal ve diamond konfigürasyon seçenekleri olmalıdır.
2. Embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamak için üzerleri sentetik elyaftan(dacron fibered) yapılmış tüylerle kaplı olmalıdır.
3. Koiller mikrokaterin dışında iken tekrar pozisyonlandırma için geri çekilebilmeli ve istenildiğinde kontrollü bir şekilde mekanik olarak ayrılmalıdır.
4. Ayrıca itme teline ihtiyaç duymadan kendi teli sayesinde mikrokatetere yüklenilebilmelidir.
5. Koiller, tek'li paketler halinde sunulmalıdır.
6. Koiller'in ölçüleri: Cube şekle sahip koiller için: 4mm - 20 mm arasında çap ve 6cm - 40 cm uzunluk; 2D Helical olanlar için: 3mm - 18mm arasında çap ve 4 cm - 40 cm arasında uzunluk; Diamond (elmas) şekilli olanlar için 4mm - 12mm arasında çap ve 4,5 cm - 30 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
8. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
10. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

BRÜCKMANN
C.H.G.
1883

