

0,018" Kontrollü Mekanik Ayrılabilen Fiber Koil

Teknik Şartnamesi

1. 0,018 Fiber Koillerin hem kompleks helikal hem de vortx elmas konfigürasyon seçenekleri olmalıdır.
2. Embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamak için üzerleri sentetik elyaftan(dacron fibered) yapılmış tüylerle kaplı olmalıdır.
3. Koiller mikrokaterin dışında iken tekrar pozisyonlandırma için geri çekilebilmeli ve istenildiğinde kontrollü bir şekilde mekanik olarak ayrılmalıdır.
4. Ayrıca itme teline ihtiyaç duymadan kendi teli sayesinde mikrokatetere yüklenilebilmelidir.
5. Koiller, tek'li paketler halinde sunulmalıdır.
6. Koiller'in ölçüleri: Kompleks helikal olanlar için 2-14mm arasında çap ve 6-30cm arasında uzunluk seçenekleri olmalıdır. Vortx Elmas şeklinde olanların ise 3-6mm büyük çap (küçük çap: 2mm) ve 2.3-8cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
8. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
10. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

(Signature)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Üzgenç
C. M. H. S. Şişli Etiler Hastanesi A. D.
Etiler, Şişli, İstanbul 34398
Kont. Teli No: 119504