

## PERFÜZÖR LINE ŞARTNAMESİ

1. Line uygulanabilecek tüm akış hızlarında güvenli kullanılabilmelidir. Line'in rengi, sıvının setten geçip havanın çıkışının gözlemlenmesine olanak verecek şekilde olmalıdır.
2. Perfüzörline en az 120 cm uzunluğunda ve M/F line içermelidir.
3. Materyali ilaç temas yüzeyi/tamamı polietilen veya PVC (DEHP/Lateks içermemeli) olmalıdır.
4. Şeffaf veya ışıktan korumalı seçeneği bulunmalıdır.
5. Line minimum dolum hacmine sahip olmalıdır.
6. Steril, nontoksik, apirojenik olmalıdır.

  
Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ  
CBÜTF Anest. ve Rean. AD  
Dip. No: 9543 - Tescil No: 100366