

TPN ÜNİTESİ'NDE KULLANILACAK BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

0,22 mikron pozitif membranlı bakteri filtresi özellikleri şu şekilde olmalıdır

- 1.Filtre hidrofilik membrandan üretilmiş olmalıdır.
- 2.Filtre 0,2 mikron pozitif membranlı olmalıdır.
- 3.En düşük filtre yüzey alanı (pediyatrik) 5 cm² olmalıdır
- 4.Steril paketli olmalıdır. Her paketin üzerinde Üretici firma bilgileri, üretim tarihi, Lot numarası, ÜTS barkod numarası, Son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 5.Filtrenin bir ucu erkek yapıda diğer ucun dişi bağlantı yapısına sahip olmalıdır.
- 6.Tek kullanımlık olmalıdır. Kullanım ömrü minimum 3 yıl olmalıdır.
- 7.Ürün klinik tarafından test edilip onaylanmalıdır.