

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Torba ve set enteral kullanıma uygun olmalıdır.
2. Torba ve pompa seti birleştirilmiş ve kullanıma hazır, steril şartlarda ambalajlanmış olmalıdır.
3. Enteral beslenme setinin 1000 ml'e kadar enteral beslenme ürünü ve 1000 ml ye kadar su verilebilecek ayrı bir torbası olmalıdır.
4. Beslenme seti firmanın sağlayacağı enteral beslenme pompasına uyumlu olmalıdır.
5. Volüm skalası torbanın üstünde yer almalı ve kolayca izlenebilir olmalı.
6. Düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
7. Herhangi bir işlem gerektirmemeli. Set, torbaya bağlı olmalıdır.
8. Set üzerinde akış hızını takip edecek haznesi olmalıdır.
9. Setin sonunda kullanılan tüm nazogastrik sondalara uyumlu bir bağlantı yeri olmalıdır.
10. Torbanın doldurmayı kolaylaştıran ağzı ve kapağı torbanın en üstüne lokalize edilmiş olmalıdır. (Top-Fill özelliği)
11. Beslenme torbası verecek olan firma ihtiyacı olan tüm kliniklerde kullanılacak 60 adet cihazı sağlamalıdır. Tıbbi Malzeme Birimi'ne teslim edilmelidir.
12. Teslim edilecek ürünlerin Lot numaraları fatura üzerinde belirtilmelidir.
13. UTS kaydı olmalıdır.
14. Firma 5 adet numune teslim etmelidir.
15. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.

Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Hemşirelik Hizmetleri
Müdür Yard.